



G006

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号 DA-20162367
Certificate No.

第 1 页
Page

共 4 页
of

委托方 广东中质检测技术有限公司
Client

地 址 广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号华南新材料创新园G8栋101
Address

计量器具名称 大电流发生器
Measuring instruments

规格型号 SDDL-6000Q
Model/Type

制造者 青岛东来电气设备有限公司
Manufacturer




编 号 2016DL0326 (自编2400000-G006)
Serial No.

证书专用章
Issued by (Stamp)

主 管
Approved by

审 核
Inspected by

校 准
Calibrated by

校准日期 2016 年 05 月 27 日
Calibration Date Y M D

建议校准周期 一年
The recommended calibration period

本院地址: 广州市广仁路11号 邮政编码: 510030 电话: 020-83362165 传真: 020-83369351
广州市科学城尖塔山路19号 邮政编码: 510663 电话: 020-32086301 传真: 020-32086300
开发区中心电话: 020-82223272 白云区中心电话: 020-36200320 南沙中心电话: 020-34970774
单位网址: www.gzjljc.net 业务邮箱: yewuban@gzjlj.net 微信号: GZJLJC



说 明

证书编号: DA-20162367
Certificate No.

DIRECTIONS

第 2 页
Page

共 4 页
of

- 1、 本院是政府依法设置的法定计量检定机构，工作职责为承担授权范围内的量值传递工作和向社会开展计量校准技术服务工作。

Guangzhou Institute of Measurement and Testing Technology (GIMTT) is a legal metrological organization set by government, which is responsible for value dissemination within authorization, and to provide metrological and calibration services for social benefit.

- 2、 本院的质量管理体系符合 ISO/IEC 17025: 2005 标准的要求。

The quality system of GIMTT is in accordance with ISO/IEC 17025:2005.

- 3、 本院出具的数据均可溯源到国家计量基准和 SI 单位标准。

All data issued by GIMTT are traceable to national measurement standards and SI unit standards.

- 4、 本次校准所依据的技术文件是：

Reference documents for the calibration:

GZJLZY 05-105 《大电流试验器》校准规范

- 5、 本次校准所使用的计量标准是：

Standards of measurement used in the calibration:

设备名称/型号 Equipment/Model	编号 Serial No.	证书号 Certificate No.	技术特征 Technique character
数字多用表/8846A	1335025	DS-20151468	ACA: ±0.10%
电流互感器/HL46-A	831	DCH201523495	0.01级

- 6、 依据 JJF 1059.1-2012 《测量结果不确定度评定与表示》，本次校准中部分测量结果的不确定度分别是：

The uncertainty of measurement results in accordance with JJF 1059.1-2012:

$U_{rel} = 0.2\%$; $k = 2$

- 7、 本次校准的地点与校准时的环境条件：

Site of the calibration and environmental conditions during the calibration:

地点 一楼高压室 Site	温度 25℃ Temperature	相对湿度 65% RH
------------------	-----------------------	----------------



校准结果 RESULTS OF CALIBRATION

证书编号 DA-20162367

原始记录号 163350136

第 3 页

共 4 页

Certificate No.

Page

Of

一. ACA:

被校示值	A相 标准值
472.6 A	473.9 A
1004.2 A	1004.6 A
2029.0 A	2031.2 A
3008.6 A	3009.5 A
3472.2 A	3474.5 A
4003.5 A	4007.7 A
4982.5 A	4980.7 A

被校示值	B相 标准值
473.5 A	474.1 A
1004.7 A	1005.1 A
2029.1 A	2031.3 A
3008.9 A	3009.9 A
3471.2 A	3473.2 A
4003.5 A	4007.2 A
4983.7 A	4981.3 A

- 注：1、此结果只与受校准的项目有关。
2、未经本院书面批准，不得部分复制此证书。
3、此证书无本院盖章无效。

- Note: 1、The results relate only to the items verified.
2、This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of our institute.
3、This certificate shall not be valid without stamp of our institute.



校准结果

RESULTS OF CALIBRATION

证书编号 DA-20162367

原始记录号 163350136

第 4 页

共 4 页

Certificate No.

Page

Of

一. ACA:

被校示值	C相 标准值
473.9 A	474.2 A
1004.5 A	1004.9 A
2029.3 A	2031.0 A
3008.7 A	3009.5 A
3475.2 A	3477.2 A
4003.2 A	4007.9 A
4983.7 A	4981.3 A

(以下空白)

- 注: 1、此结果只与受校准的项目有关。
2、未经本院书面批准, 不得部分复制此证书。
3、此证书无本院盖章无效。

- Note: 1、The results relate only to the items verified.
2、This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of our institute .
3、This certificate shall not be valid without stamp of our institute .